

Veelgestelde vragen en antwoorden over metaal-metaal heupprothese

Welke heupprothesen leveren een probleem op?

In de media zijn op 22 oktober berichten verschenen over de terugroepactie van twee typen heupprothesen van fabrikant De Puy. Het betreft heupprothesen met een grote metalen kop en kom. Bij deze prothese zou metaalslijpsel vrijkomen door de wrijving tussen de kop en de kom, wat mogelijk kan leiden tot zwellingen of vage klachten van pijn en ongemak rondom lies en bovenbeen. De Isala klinieken hebben de twee typen heupprothesen van fabrikant De Puy *niet* geplaatst bij patiënten. De recall van fabrikant De Puy geldt dus niet voor patiënten van de Isala klinieken.

In april 2010 heeft de Engelse orthopedenvereniging (BOA) gemeld dat ook bij andere heupprothesen met een grote metalen kop en grote metalen kom klachten kunnen voorkomen.

De Isala klinieken hebben toen de volgende acties ondernomen:

- De Isala klinieken plaatsten sinds november 2004 metaal-metaal heupprothesen van de firma Biomet. Isala is in juli 2010 gestopt met de plaatsing van metaal-metaal heupprothesen.
- Isala is gestart met een onderzoek onder een deel (120 patiënten) van haar patiënten die in die periode deze metaal-metaal heupprothese hebben ontvangen. Doel van dit onderzoek was om vast te stellen of de door Isala gebruikte metaal-metaal heupprothese ook leidt tot vergelijkbare klachten. Dit onderzoek is in oktober 2010 afgerond met een presentatie op het congres van de NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging).

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat een deel van de onderzoeksgroep (20%) last heeft van zwellingen in combinatie met klachten. Daarom heeft de vakgroep Orthopedie van de Isala klinieken besloten om de overige 540 patiënten met een metaal-metaal heupprothese ook op te roepen voor een extra controle. De Isala klinieken starten voor deze groep patiënten een speciaal spreekuur. Zij ontvangen in de maand november meer informatie en zullen zo snel mogelijk worden ingepland voor een extra controleafspraak.

Welke type heup is bij mij geplaatst? Ik heb een nieuwe heup gekregen na november 2004.

De namenlijst van betrokken patiënten is inmiddels vastgesteld. Al deze patiënten hebben voor 18 november een uitnodigingsbrief ontvangen voor een voorlichtingsavond en informatie over de oproep tot controle van de geplaatste heupprothese.

Wanneer u in deze periode geen brief hebt ontvangen, betekent dit dat uw heup niet tot de bewuste categorie behoort. Voor specifieke vragen kunt u een mailbericht sturen naar: metaalheupen@isala.nl

Wat betekent het als ik een metaal-metaal heup heb gekregen?

Isala wil graag een extra controle bij u uitvoeren om aan de hand van een CT-scan en bloedonderzoek vast te stellen of er sprake is van afwijkingen rondom de heupprothese. Ook zal er naar uw ervaringen met de heup worden gevraagd en of u klachten ervaart van uw heup. Als er uit onderzoek *geen afwijkingen* worden gevonden in combinatie met uw ervaringen, is er geen extra onderzoek nodig en vervolgt u de normale controleprocedure. Als er uit het onderzoek *wel afwijkingen* naar voren komen, maar u ervaart geen klachten, dan wordt u gedurende enkele jaren intensief gecontroleerd.

Als er *afwijkingen* worden gevonden in combinatie met door u aangegeven *klachten*, dan wordt in overleg met u besproken of een heroperatie voor u aan te raden is.

Is mijn gezondheid in gevaar nu blijkt dat ik een metalen heup heb gekregen?

De metaal-metaal heup kan in sommige gevallen metalen schilfertjes loslaten, als gevolg van de wrijving tussen de metalen kop en metalen kom. Deze schilfertjes kunnen de oorzaak zijn van het ontstaan van zwellingen. Deze worden ook wel pseudo-tumoren genoemd. Deze zwellingen zijn echter goedaardig en worden veroorzaakt door de prothese. Er is dus *geen* sprake van een infectie of van andere ernstige ziektebeelden, zoals kwaadaardige tumoren (kanker).

Niet alle meetbare zwellingen leveren klachten op bij patiënten. De zwellingen vormen geen direct gezondheidsrisico op, u kunt gerust uw controle-afspraak afwachten. U ontvangt hiervoor binnenkort een oproep.

Als u merkt dat uw klachten heeft of dat uw welbevinden met betrekking tot uw heup veranderd kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Orthopedie.

Bij maar een beperkte groep ontstaan problemen of klachten rondom de geplaatste prothese. In de meeste gevallen is er geen reden tot het verwijderen van de prothese en het plaatsen van een ander type prothese.

De extra medische handelingen hebben gevolgen voor mijn eigen bijdrage.

Ik maak hierdoor extra kosten.

Natuurlijk voelen de Isala klinieken zich mede verantwoordelijk voor hetgeen nu gebeurt. Daarom zijn de orthopeden van de Isala klinieken in gesprek met de leverancier van de metalen heupen. Ook zijn we met zorgverzekeraars in gesprek over de extra medische handelingen bij patiënten met metalen heup.

Op dit moment vinden de gesprekken over de vergoedingen plaats.

U kunt uw vragen over de door u gemaakte kosten schriftelijk indienen via onze mail:

metaalheupen@isala.nl. Wij zullen u spoedig berichten over het verdere verloop.